



ASP Emanuele Brignole
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Genova

**CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO
CIG ZDB1D6AA01**

Quesito n. 1: *".... Chiediamo conferma della lunghezza dei guanti richiesti (270 mm), in quanto non ci risulta che siano misure disponibili normalmente sul mercato."*

Risposta: Non saranno accettati guanti con lunghezza inferiore a mm 270.

**IL RUP
(Barbara Sgrò)**